



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

Prot. N. 2020 del 10/3/11

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di dispositivi di simulazione medica avanzata (lotto CIG 091774859A). Avviso di rettifica.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 243 bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., questa stazione appaltante comunica che gli allegati al capitolato tecnico nn. 2, 3 e 4 relativi, rispettivamente, al simulatore paziente adulto, al simulatore paziente pediatrico ed al simulatore paziente neonato sono modificati come segue.

Allegato tecnico n.2

Alla sezione “Caratteristiche e funzionalità tecniche minime richieste”

- la dicitura “*n. 2 telecomandi per la comunicazione con il software mediante sistema Bluetooth*” viene sostituita con la seguente: “***sistema per la comunicazione con il software mediante tecnologia wireless (laddove tale sistema consista nella comunicazione mediante bluetooth, completo di n. 2 telecomandi)***”;
- la dicitura “*n. 6 Cuscinetti per l’inserimento del tubo toracico*” viene sostituita con la seguente: “***simulatore predisposto per l’inserimento del tubo toracico***”;
- la dicitura “*n.1 compressore elettrico con funzionamento 220V*” viene sostituita con la seguente: “***compressore elettrico o equivalente***”;
- la dicitura “*custodia da trasporto compressore*” viene sostituita con la seguente: “***laddove venga offerto compressore esterno al simulatore, esso dovrà essere completo di apposita custodia da trasporto***”



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

Allegato tecnico n.3

Alla sezione “Caratteristiche e funzionalità tecniche minime richieste”

- la dicitura “*Sistema azionabile mediante un PC e mediante telecomando portatile*” viene sostituita con la seguente “***Sistema per la comunicazione con il software mediante tecnologia wireless***”;
- la dicitura “*n. 2 telecomandi, che comunicano con il software mediante Bluetooth*” viene sostituita con la seguente “***sistema per la comunicazione con il software mediante tecnologia wireless (laddove tale sistema consista nella comunicazione mediante bluetooth, completo di n. 2 telecomandi)***”;
- la dicitura “*n.1 compressore elettrico con funzionamento 220V*” viene sostituita con la seguente: “***compressore elettrico o equivalente***”;
- la dicitura “*custodie da trasporto*” viene sostituita con la seguente: “***custodia da trasporto per il simulatore; custodia per compressore solo laddove venga offerto compressore esterno al simulatore***”;
- la dicitura “*N. 1 Braccio d'addestramento per infusione venosa e intraossea idoneo alla terapia endovenosa periferica*” viene sostituita con la seguente: “***N. 1 braccio d'addestramento idoneo all'accesso venoso***”.
- la dicitura “*gamba d'addestramento per infusione venosa e intraossea idonea alla terapia endovenosa periferica*” viene sostituita con la seguente: “***gamba d'addestramento per infusione venosa idonea alla terapia endovenosa periferica***”.

Allegato tecnico n.4

Alla sezione “Caratteristiche e funzionalità tecniche minime richieste”

- la dicitura “*n. 2 telecomandi, che comunicano con il software mediante Bluetooth*” viene sostituita con la seguente “***sistema per la comunicazione con il software***”



Regione Siciliana



**CENTRO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE
E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO**

mediante tecnologia wireless (laddove tale sistema consista nella comunicazione mediante bluetooth, completo di n. 2 telecomandi)”;

- la dicitura “*n.1 compressore elettrico con funzionamento a 220V*” viene sostituita con la seguente: “***compressore elettrico o equivalente***”;
- la dicitura “*custodie da trasporto*” viene sostituita con la seguente: “***custodia da trasporto per il simulatore; custodia per compressore solo laddove venga offerto compressore esterno al simulatore***”.
- la dicitura “*gamba d’addestramento per infusione venosa e intraossea idonea alla terapia endovenosa periferica*” viene sostituita con la seguente: “***gamba d’addestramento per infusione venosa idonea alla terapia endovenosa periferica***”.

I termini di partecipazione vengono riaperti al 21/4/11, entro le ore 14,00. La celebrazione della gara avverrà in seduta pubblica il 28/4/11 alle ore 10,00.

Il presente atto viene pubblicato sul sito www.cefpas.it ed, inoltre in GUCE.

Il responsabile del procedimento

(Vincenzo Lanza)